



Kinetec* *Optima*

Attelle de Mobilisation du **GENOU** et de la Hanche



- Programmable
- Confortable
- “Feed Back”

AVANTAGES CLINIQUES

- Efficace pour briser le cercle vicieux : traumatisme \Rightarrow immobilité \Rightarrow épanchement \Rightarrow atrophie.
- Prévention de la raideur articulaire du genou et de la hanche.
- Récupération rapide du schéma moteur du membre opéré.
- Amélioration de la qualité de la surface articulaire.
- Favorise la régénération du cartilage.
- Prévention de la thrombose veineuse.
- Mobilisation passive en période post-opératoire immédiate.
- Diminution du temps d'hospitalisation.
- Diminution de la médication antalgique.
- Feed back visuel pour les utilisateurs.
- Réalisation de postures (repos musculaires, stretching).

INDICATIONS



- Arthroplasties des trois articulations proximales du membre inférieur.
- Fractures fémorales ou tibiales ostéosynthésées.
- Fractures patellaires.
- Arthrolyses et chirurgies palliatives (lésions cartilagineuses, ablation d'ostéomes...).
- Ostéotomies du bassin ou du fémur.
- Ligamentoplasties (LCI, LCE, LLI, LLE).
- Libération de l'appareil extenseur du genou (opération de Judet).
- Synovectomies, Méniscectomies, Patellectomies, Arthroscopies, etc...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Amplitudes : Extension

Flexion



GENOU :

-5°



115°

HANCHE :

10°

75°

CHEVILLE :



- Taille du patient : de 1.40m à 1.90m.
- Vitesse réglable de 30°/minute à 160°/minute.
- Poids : 13 kg.
- Dimensions: longueur : 99cm, largeur : 33cm, hauteur : 33cm.
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50/60Hz.
- Puissance absorbée : 20W.
- Réglages numériques.

Sécurité du patient et de l'utilisateur :

- Appareil de type B classe I.
- Le patient peut à tout moment stopper l'appareil et le faire repartir en sens inverse.
- Le mouvement s'inverse en cas d'effort excessif.
- Limitation du temps de travail.
- Le KINETEC® Optima est conforme à la norme IEC 601.1 et est certifié CE (Selon la directive 93/42/EEC annexe II, point 3).

Référence de commande

Appareil complet avec habillage

46210016



KINETEC

AbilityOne

AbilityOne Kinetec S.A.

Zone Industrielle

Rue Albert Deville, TOURNES

F-08014 Charleville-Mézières Cedex

Téléphone : 03.24.52.61.15/16

Fax : 03.24.52.96.25

Votre distributeur local est :